

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/03/2024/WF

z dnia 12 marca 2024r.

1. Zamawiający: Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” - s.p.z.o.o. ul. Rafińskiego 3,

78-100 Kołobrzeg, NIP 6711565917

Adres e-mail: bpalacz@willafortuna.pl

Tel: 601582307

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Proszę o ofertę cenową na dostawę następującego sprzętu do Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrawiskowym „Willa Fortuna” - s.p.z.o.o. z siedzibą w Kołobrzegu:

- **Urządzenie do suchego hydromasażu.**

Wymagane parametry:

urządzenie napełniane tylko raz bieżącą wodą, woda w obiegu zamkniętym nie wymaga wymiany, pojemność 330 litrów. Chłodzenie urządzenia poprzez tzw. węzownicę do bieżącej zimnej wody i kanalizacji. Falownik pompy schładzany przy pomocy powietrza, wody, wentylatora. Na wyposażenie jedna pompa wodna i jeden falownik pompy. Wózek sterowany mechanicznie. Możliwość programowania na karty chipowe. Regulacja czasu trwania zabiegu maksymalnie 45 min. Regulacja temperatury wody w urządzeniu od 25 do 40 stopni C. Ciśnienie pompy do 6 barów.

- **Aparat kombi do elektroterapii, ultradźwięków laseroterapii.**

Wymagane parametry:

Wymagane parametry: Aparat 4- kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia, 1x ultradźwięk , 1x laser). Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem. Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów. Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym VAC. Sekwencje zapisywane przez użytkownika, brak programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy). Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi. Baza danych pacjentów w aparacie. Wieloczęstotliwościowa (1 MHz i 3 MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa. Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu. Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 12 cm². Specjalistyczny stół producenta aparatu wyposażony w min 5 otwieranych uchylnie

schowków umożliwiające jednocześnie bezpieczne zainstalowanie. Wyposażenie standardowe aparatu: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x 50 mm, woreczki na elektrody 70x 50 mm, pasy do mocowania elektrod, głowica ultradźwiękowa 5 cm² 1/3 MHz, kabel sieciowy z zasilaczem. Obsługa aparatu oraz instrukcje w języku polskim.

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia Zamawiający wyznacza od dnia 20 marca do 25 marca 2024 r. Jest to termin ostateczny na dostawę, montaż i szkolenie personelu z obsługi urządzeń.

4. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 19 marca 2024 r. do godz. 14:00. osobiście lub przesłać listownie na adres szpitala z dopiskiem oferta nr 1/03/2024/WF lub na adres email- bpalacz@willafortuna.pl,
W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Zastrzeżenia

- 1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- 3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
- 4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- 5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Monika Czajkowska